

Audiência Pública

GLICOSÍMETROS



Dra. Adriana Barretto
Presidente ABAD

Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético



Glicosímetro – Uma breve Introdução

- **GLICOSÚRIA**, muito pouco precisa, pois apontava o açúcar que já havia sido eliminado pelo rim
- talvez a mais importante ferramenta auxiliar no tratamento do diabetes tenha sido a chegada da **AUTOMONITORIZAÇÃO DA GLICOSE**
- O **GLICOSÍMETRO** é um dispositivo que permite medir o valor aproximado da concentração de glicose no sangue (glicemia capilar)
 - **GLICEMIA CAPILAR** é um exame que é realizado através da picada de um dedo e depois é feita a análise da gota de sangue em uma fita conectada ao glicosímetro

Glicosímetro – Uma breve Introdução

- Principalmente utilizado por pessoas que possuem **diabetes do tipo 1, tipo 2 e gestacional**, já que permite saber quais os níveis de açúcar ao longo do dia
- Verificar **controle** e prevenir hipoglicemia e hiperglicemia
- Acompanhar **eficácia do tratamento** (dosagem do medicamento, intensidade da atividade física, alimentação)

Onde podem ser encontrado

Dispensados para as pessoas com diabetes tipo 1 e para tipo 2 que utilizam insulina pelas unidades básicas de saúde (UBS)

Facilmente encontrado em farmácias e em lojas online

2016 é o ano que se inicia o boom de reclamações

16 de novembro de 2018, todos os produtos que não correspondiam ao padrão internacional de desempenho descrito na Norma ISO 15197:2013 (máximo de variação – 15%), foram retirados do mercado

PORÉM....

RECLAMAÇÕES

Problemas com glicosímetro

ReclameAQUI

Industria Farmacêutica

Diabetes

Produto errado

📅 Esta reclamação possui mais de 3 anos e não está mais sendo contabilizada no índice da empresa

[Ver todas Reclamações](#)

Bom dia.

Eu me chamo

Sou Diabético tipo 1 a 4 anos e sempre usei o glicosímetro de vcs mas só que agora eu estou tendo muito problemas com o glicosímetro de vcs, eu to medindo a minha glicose **amanheceu em 105** no glicosímetro de vcs mas só como eu tenho outro aparelho ai fui conferir pra ver se estava certo o resultado **no outro aparelho que estava tudo certinho deu 158** ai no de vcs mostou como eu **não precisava tomar insulina de correção** ai se eu fosse confiar, eu não teria tomado insulina e teria uma Hiper porque s glicose estava alta e eu não corrigir eu poderia ter uma super hiper por causa disso. E por isso eu quero um glicosímetro novo e tiras tbm pra mim medir a glicose

RECLAMAÇÕES

Medida errada glicosímetro

ReclameAQUI

Equipamentos Médicos e Odontológicos

📅 Essa reclamação foi publicada há mais de 1 ano

[Ver todas Reclamações](#)

Peguei o aparelho _____, e sempre fiz o "controle" por ele. Estou gestante e tive que ficar internada por constar no exame de sangue o descontrole da diabetes, sendo que as medidas do aparelho sempre deram boas.

Comparando com as medidas do aparelho do hospital (que está sempre calibrado) as medidas deste aparelho _____ dão diferenças absurdas de 20 até 30 medidas a mais. Em todas as medidas a diferença é muito grande.

Por conta disso acabei ficando internada pelo descontrole mascarado que tive, fora as crises de hipoglicemia por acreditar que a mesma estava alta nas medidas. E também o risco que corri ao ter hipoglicemia que aqui no hospital constou como 40 e no aparelho dessa marca constou como 65.

Gostaria de uma solução, saber se tem como calibrar este aparelho, e se tem alguma forma de me assegurar que os resultados serão corretos após a calibragem.

RECLAMAÇÕES

Glicosímetro

dando valor ERRADO

📍 Brumado - BA 📅 26/09/2023 às 06:01 ID: 172751393

ReclameAQUI

Valor errado

Olá. Minha mãe foi diagnosticada com Diabetes tipo 2 e recomendado pelo médico para adquirir um glicosímetro para medição diária ou quando estivesse sentindo algum mal súbito. Após pesquisar várias marcas e modelo, me dei conta de que a seria a melhor e mais avançada opção. Assim, eu comprei o glicosímetro . Todavia, no momento, julgo que não foi uma compra positiva, visto que ontem mesmo, minha mãe estava passando mal e quando fomos medir a glicemia/glicose dela deu o valor de 34, refizemos o teste e o mesmo valor. Contudo, ela não melhorou e continuou passando mal. Resolvemos trocar a pilha, deu o mesmo resultado. Então, decidimos medir novamente num aparelho da minha tia, que é de outra marca/empresa, ao invés de dar o mesmo resultado, deu que ela estava com a glicemia/glicose altíssima! Resolvi testar no aparelho da minha prima, que também é de marca distinta e deu o mesmo resultado: altíssimo! Quase perdemos-as por confiar num aparelho que nos deu um resultado completamente oposto ao real. Espero que solucionem esse erro!

RECLAMAÇÕES

Medições do Glicosímetro completamente erradas

ReclameAQUI

📍 Piracicaba - SP 📅 25/07/2021 às 19:06 ID: 127142043

Industria Farmacêutica

Diabetes

Produto ineficaz

📅 Essa reclamação foi publicada há mais de 1 ano

[Ver todas Reclamações](#)

Sempre fui usuário do glicosímetro

Adquiri pela primeira vez então o KIT com 100 tiras e com transmissor Bluetooth para aplicativo, e de um dia para outro, mesmo depois de usado a tira de calibragem, os valores medidos aumentaram drasticamente, e comparados com outros glicosímetros, 75 no enquanto no no mesmo momento dava 140, 145 com o mesmo sangue, e isto se repetiu tantas vezes que perdi completamente a confiança pois sou insulino dependente e calculo as unidades pela glicemia. Sei que a ótima reputação de empresa séria, mas não acho justo, ter perdido todo meu controle diária 3 x ao dia com valores furados.

Gostaria de receber um novo aparelho com as 100 tiras, pois são dispendiosos e não acho justo ser prejudicado. Não tinha problemas com a versão anterior do glicosímetro.

RECLAMAÇÕES

Glicosímetro muito diferente

apresenta resultado

ReclameAQUI

📍 Vitória - ES 📅 19/07/2021 às 23:01 ID: 126871489

Industria Farmacêutica

Diabetes

Produto ineficaz

📅 Essa reclamação foi publicada há mais de 1 ano

[Ver todas Reclamações](#)

Comprei o _____ pelo mercado livre em 15/05/21 com 60 tiras. Estou gestante e tive exame pre natal acusando diabetes gestacional. Usei meu glicosímetro com controle diário anotando resultados numa planilha diariamente. Ocorre que os valores das glicemias de jejum nunca ficavam abaixo de 100. Fazendo dieta rigorosa, teste de alimentação com horas sem carboidratos e a glicemia de jejum nunca baixando de 100. Comecei fazer uso de insulina, a dose estava me provocando inúmeros episódios de hipoglicemias, porém no _____ glicose de jejum nunca abaixo de 100. A endócrino desconfiada iniciou monitoramento com outro equipamento. E pediu um teste de glicemia de jejum no laboratório junto com a coleta na ponta do dedo no glicosímetro g-tech. O resultado do laboratório deu 87, enquanto a glicemia de jejum deu 99.l, ambos coletados a amostra do sangue no mesmo momento. A médica suspendeu o uso do _____ e estou solicitando na rede SUS outro equipamento para controle da glicose. Preciso de um respaldo da empresa, pois o SUS demora o tempo de

RECLAMAÇÕES

Glicosímetro não é confiável

ReclameAQUI

📍 Curitiba - PR 📅 03/02/2021 às 19:48 ID: 119142783

Equipamentos Médicos e Odontológicos

Acessórios e Equipamentos para Pacientes

Qualidade do produto

📅 Essa reclamação foi publicada há mais de 1 ano

[Ver todas Reclamações](#)

Possuo o glicosímetro há mais ou menos uns 3 meses, mas ele sempre dá a diferença absurda entre outros aparelhos de medição de glicemia, uso em meu filho de 9 anos que foi diagnosticado com diabetes tipo 1 há 9 meses, ele não está sendo confiável, as fitas dão erro com frequência, mas essa madrugada qdo pedi pro meu filho medir a glicemia antes de dormir primeiro deu erro, aí deu 470, pedi pra repetir 594, aí fui eu repetir deu 262, fiquei com receio e repeti pra tirar a dúvida deu 430 e aí o que fazer precisava corrigir e qual era o valor real, uma vez que tem quantidade de insulina conforme o valor de glicemia que dá no aparelho, e se eu corrigisse o valor mais alto a dose de insulina podia matar meu filho dormindo, quem seria o responsável por isso, é necessário um controle de qualidade melhor por parte de vcs, vcs lidam com vidas, uma medição errada pode ser muito perigoso, ainda mais em crianças como é o caso do meu filho ele usa 6 vezes no dia, e esse mês as fitas não duraram uma semana pois várias tem dado erro tb. Preciso de uma solução ou trocam meu aparelho por um corretamente calibrado e as fitas funcionem ou caso aconteça algo que coloque meu filho em risco por causa do glicosímetro da vcs serão responsabilizados com certeza.

RECLAMAÇÕES

GLICOSIMETRO ALTERADAS

MEDIÇÃO

📍 Viana - ES 📅 04/07/2023 às 14:23 ID: 167588245

Acessórios e Equipamentos para Pacientes

Qualidade do produto

ReclameAQUI

Boa tarde,

Estou gestante, em tratamento de diabetes gestacional. Dia 27/06/2022 recebi do SUS através do centro de medicamentos da minha cidade (Viana/ES) o aparelho e comecei a realizar as medições, porém, observei que as medidas estavam ficando diferente de antes, com outro aparelho, de outra marca. Comecei fazer duas medidas, em aparelhos diferentes, e sempre a medição do dava mais alta. Aqui no RA observei vários comentários no mesmo seguimento, medidas mais altas. Como confiar nesse aparelho?

RECLAMAÇÕES

Glicosímetro
Correta

Não Faz Leitura

ReclameAQUI

📍 Ourinhos - SP 📅 24/01/2023 às 14:35 ID: 158041823

Equipamentos Médicos e Odontológicos

Acessórios e Equipamentos para Pacientes

Qualidade do produto

Recebi o glicosímetro pelo Sus em SP e o mesmo so aponta numeros altos de glicemias totalmente erradas. pois comparei com meu glicosímetro da anterior e a diferença era de 100mg/dl . Fui corrigir a glicemia da minha filha com base no glicosímetro .minha filha teve uma **HIPOGLICEMIA DE 54 MG/DL** .ou seja ABSURDO !!!!

EU NÃO TENHO DIABETES E FIZ UM TESTE E DEU 240 MG/DL E NO APARELHO 98 MG/DL Estou mandando fotos..estamos perdidas com esse aparelho.

Relato Pessoal



Sintomas de Hipoglicemia

Segui protocolos corretamente e medi novamente

GLICEMIA 62

O Papel das Associações

- Como utilizar o glicosímetro
- Realizar teste no glicosímetro junto ao exame laboratorial
- Como entrar em contato com a ANVISA pelo 0800 e/ou site

Relato Pessoal



Sintomas de Hipoglicemia

Segui protocolos corretamente e medi novamente

GLICEMIA 62

COMO CONFIAR???

- E se fosse seu filho??
- É responsabilidade do usuário realizar testes de segurança nos aparelhos?

O que nós queremos

Que a ANVISA faça a avaliação destes aparelhos e nos traga a segurança necessária para utilizar os glicosímetros



Audiência Pública

GLICOSÍMETROS



Dra. Adriana Barretto
Presidente ABAD

Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético

